

В Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Республике Марий Эл
424000, г.Йошкар-Ола, ул.Волкова, д.164
Официальный сайт: www.mari-el.fas.gov.ru
E-mail: to12@fas.gov.ru

Приемная: (8362)42-08-55 Факс: (8362)56-60-56
справки по телефону 42-08-55

ЖАЛОБА

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РентгенДиагностические Системы» Юридический адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 90 Почтовый адрес: 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 12 «Д» Адрес электронной почты: info@rentgensystems.ru Телефон/факс: 8 (495) 225-34-22</p> <p>Наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, номера контактного телефона/факса, адрес электронной почты*</p>
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ЗВЕНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" Место нахождения: Российская Федерация, 425060, Марий Эл Республика, Звенигово г., ул. Ростовщикова, д.25. Почтовый адрес: Российская Федерация, 425060, Марий Эл Республика, Звенигово г., ул. Ростовщикова, д.25. ИНН/КПП 1203002661 / 120301001 ОГРН 1021200559236 Номер контактного телефона заказчика: +7 (83645) 71732 Электронная почта: zvencrb25@mail.ru Контактное лицо: Букатина Светлана Викторовна</p> <p>Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика/факса действия (бездействие) которых обжалуются*</p>
СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННО М ОРГАНЕ/ СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ОП ЕРАТОРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ	<p>ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 23. Телефоны: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99</p> <p>Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки (при наличии такой информации на официальном сайте).</p>
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ	<p>Поставка анализатора для химико-токсикологических исследований (в количестве 1 комплект). Номер извещения: 31705033854 Дата размещения извещения: 19.04.2017 (МСК) Дата и время окончания подачи заявок: 11.05.2017 в 17:00 (МСК)</p>

	<p>Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени заказчика): 12.05.2017 в 10:00 (МСК)</p> <p>Дата и время подведения итогов (по местному времени заказчика): 16.05.2017 в 10:00 (МСК)</p> <p>Указание на размещаемый заказ (наименование заказа, номер извещения на официальном сайте), (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участника размещения заказа на электронной площадке), дата публикации на официальном сайте извещения о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок, а также дата публикации на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе/протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе/протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/протокола аукциона/протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок*</p>
СУТЬ ЖАЛОБЫ	<p>Ограничение на участие в аукционе заявок с предложением отечественного оборудования.</p> <p>Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, доводы жалобы*</p>

Заказчиком - Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Звениговская центральная районная больница» 19 апреля 2017 г. на официальном сайте <http://www.sberbank-ast.ru/Trade> было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме № 31705033854 на поставку анализатора для химико-токсикологических исследований (в количестве 1 комплект).

21 апреля 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «РентгенДиагностические Системы» (далее – ООО «РДС») подало запрос на разъяснения положений аукционной документации по извещению № 13705033854. В запросе ООО «РДС» просило внести изменения в аукционную документацию, обосновывая свое требование следующим:

В «Технической части» аукциона указан принцип работы с иммунохроматографическими тестами с использованием «сравнения интенсивности окрашивания зон детекции молекулярного биосенсора полученной при анализе образца мочи, с интенсивностью окрашивания зон детекции молекулярного биосенсора полученной при анализе международного стандарта, и записанного на магнитный чип».

Данная технология соответствует анализатору производства «T&D Innovationen GmbH», что ограничивает участие в аукционе с отечественным оборудованием, которое способно выполнять иммунохроматографические тесты на содержание наркотических веществ в соответствии с заявленными техническими характеристиками.

Также в разделе комплектация перечислены не допускающие альтернативы позиции:

Кейс (чемодан)	Наличие
USB-кабель	Количество – 2 шт.
Шнур сетевой с адаптером	Количество – 2 шт.
Батарея аккумуляторная	Количество – 3 шт.

Устройство для печати	Наличие
Бумага для печати	Наличие
Инструкция	Наличие

Данные формулировки конкретизируют предоставление определенного оборудования, что нарушает принципы конкурентности, а также входит в противоречие с п.1 Постановления Правительства РФ №925 от 16 сентября 2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а именно: «Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки».

Также, при сравнении характеристик отечественного анализатора и анализатора производства компании «T&D Innovationen GmbH» следует отметить, что:

- 1 Анализатор производства «T&D Innovationen GmbH» является закрытой системой и на нем возможен анализ только 3-х параметрических полосок производителя. В то время как отечественный анализатор является открытой системой и на нем возможен анализ любых Полосок.
- 2 Анализ многопараметрических тест-панелей на анализаторе «T&D Innovationen GmbH» не возможен. Российский анализатор имеет возможность анализа любых тест-панелей.
3. Анализ тест-контейнеров одновременного анализа до 10-ти параметров на анализаторе «T&D Innovationen GmbH» не возможен. Российский анализатор имеет возможность такого анализа.
4. В анализаторе «T&D Innovationen GmbH» получение изображения и идентификация объекта по штрих-коду не возможна. В российском анализаторе такая функция имеется.
5. Также в анализаторе «T&D Innovationen GmbH» отсутствует возможность проверки правильности регистрации результата, распечатка результатов в формате А4 с изображением Теста, сохранение в базе данных ПК с исходным изображением теста, что имеется в российском анализаторе.
6. Производительность - Кол-во исследований за рабочий день 400 у российского анализатора и 150 у анализатора компании «T&D Innovationen GmbH» .

Учитывая вышеизложенное ООО «РДС» просило внести изменения в аукционную документацию и:

- исключить пункт описывающий принцип работы как «сравнения интенсивности окрашивания зон детекции молекулярного биосенсора полученной при анализе образца мочи, с интенсивностью окрашивания зон детекции молекулярного биосенсора полученной при анализе международного стандарта, и записанного на магнитный чип».
- исключить в описании упаковки тест полоски содержание магнитного чипа.
- включить в комплект поставки ПК – 1 шт.
- для более экономичного расхода реагентов, указать кол-во тестов в упаковке – 10 шт.
- указать тест на выявление спайсов в мочи – 10 шт/уп.

25 апреля 2017 г. в ответ ООО «РДС» от Заказчика поступил ответ, в котором он указал, что заказчик в своей технической части перечисляет обязательный перечень комплектующих и поэтому участник **вправе** предложить альтернативный комплект поставки. **Однако, отсутствие в технической части аукционной документации регламентированной возможности предоставления альтернативных технических характеристик приведет к отказу по итогам рассмотрения заявок в связи с несоответствием с техническим заданием аукциона и ограничению на участие в аукционе заявок с предложением**

отечественного оборудования.

Согласно пункту 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции

ПРОСИМ:

1. Принять жалобу к рассмотрению;
2. Провести внеплановую проверку фактов, изложенных в жалобе;
3. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений законодательства в сфере закупок и внести изменения в техническую часть аукционной документации, в соответствии с заявленными требованиями в запросе ООО «РДС».

Приложение:

1. Общая информация п аукциону , извещение № 31705033854 – 3 л.
2. Запрос ООО «РДС» на разъяснения технической части Аукционной документации – 1 л.
3. Ответ на запрос ООО «РДС» от 25.04.2017 г. - 3 л.
4. Аукционная документация – 35 л.

**Генеральный директор
ООО «РентгенДиагностические Системы»
Ковалева Г.И.**

_____ 25 апреля 2017 г.