

Общество с ограниченной ответственностью

«КиТ»

*пр. Ленинградский, 86-220, г. Ярославль, 150064
ИНН/КПП 7602068062/760201001,
Р/с 40702810100000040189 АО "Райффайзенбанк" г.Москва
БИК 044525700 к/с 30101810200000000700
ОГРН 1087602003180, ОКПО 87016277
Тел/факс: (4852) 50-42-50, 90-80-09*

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Марий Эл
424000, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Волкова, д.164

«16» августа 2019 года
№ 179/08

Жалоба на действия (бездействия) заказчика.

Заказчик: Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов»,
ИНН/КПП 1215085052/121501001,
Адрес местонахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26,
Почтовый адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26
контактное лицо: Янаева Ю.А;
телефон: 8(8362) 68-43-57 e-mail: zakupki@zpp12.ru

Участник размещения заказа (Заявитель): ООО "КиТ", ИНН/КПП 7602068062/760201001
Адрес местонахождения, 150064, г.Ярославль, пр-кт Ленинградский, 86, 220,
Почтовый адрес: 150064, г.Ярославль, пр-кт Ленинградский, 86, 220,
контактное лицо: Чирков Александр Алексеевич
тел/факс (4852) 50-42-50; e-mail: yar_kit@mail.ru.

Номер извещения на сайте <http://zakupki.gov.ru/>: 31908170215

Наименование электронной площадки в сети Интернет: АО «АГЗРТ»
(223etp.zakazrf.ru)

Способ размещения закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Наименование закупки: 0522-2019-00001. Поставка видеоизмерительной системы.

Обжалуемые действия Заказчика: Неправомерный отказ в допуске к участию в запросе котировок.

Доводы жалобы:

Обществом с ограниченной ответственностью «КиТ» была подана заявка на участие в Запросе котировок в электронной форме (номер извещения 31908170215, размещено 06.08.2019 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>) на поставку видеоизмерительной системы. Заявке ООО «КиТ» электронной площадкой был присвоен номер 59772.

Результаты рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок отражены в Протоколе № 116 от 15.08.04.2019, размещенном 15.08.04.2019 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>

Заявителю было отказано в допуске, обоснование отклонения:

1. п. 4.12.8(3) извещения, в связи с несоответствием предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в разделах 8 - 9 и п.12 информационной карты.

Заказчик утверждает: «Согласно полученным данным предлагаемая участником закупки марка видеоизмерительной системы внесена в Госреестр СИ. В описании типа (приложение к свидетельству об утверждении типа средств измерений) диапазон измерений линейных размеров по оси OZ - с учетом длины измерительной головки с щупом индекс Т: от 0 до 150 мм, что не соответствует в заявленном участником закупки Техническом предложении»

Данный довод не соответствует действительности.

Обоснование:

Предложенный в заявке ООО «КиТ» микроскоп - Машина измерительная КИТ MSM является средством измерения утвержденного типа, внесенным в Государственный реестр СИ. Регистрационный № 67799-17, Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 66349.

Предложенный нами микроскоп Машина измерительная КИТ MSM 32 USTM, соответствует техническим требованиям, заявленным Заказчиком в закупочной документации.

Тот факт, что в таблице 2 Описания типа СИ не указано исполнение КИТ MSM 32 USTM с диапазоном измерения длины по оси Z 200мм, вовсе не означает, что микроскоп Машина измерительная КИТ MSM 32 USTM, не может быть изготовлен с диапазоном измерения длины по оси Z 200мм.

Федеральным Агентством по Техническому регулированию и метрологии указано в описании типа СИ (абз.5 лист2), что «Дополнительно по требованию заказчика диапазоны измерений по осям машины могут быть изменены».

2. п. 4.12.8(5) извещения, в связи с наличием в составе первой части заявки недостоверных сведений Участником закупки с идентификационным номером 59772 предоставлены недостоверные сведения о характеристиках предлагаемого к поставке товара.

Данный довод также не соответствует действительности.

Обоснование:

Заявленные в нашем Техническом предложении метрологические характеристики, в том числе и Предел допускаемой абсолютной погрешности по оси Z, подтверждаются в соответствии с Методикой поверки СИ (утверждена ФГУП «ЦАГИ»).

Если у Заказчика были какие-то особые требования к способам подтверждения метрологических характеристик, то необходимо было указать это в закупочной документации.

В закупочной документации не содержится каких-либо требований или критериев к методике поверки и конкретно к способу определения абсолютной погрешности по оси Z.

Машина измерительная КИТ MSM 32 USTM перед поставкой проходит государственную поверку, в результате которой подтверждаются все ее метрологические характеристики, в том числе и предел допускаемой абсолютной погрешности по оси Z.

Из выше изложенного следует, что отказ в Заявителю в допуске является неправомерным, противоречащим нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании выше изложенного, прошу:

1. Признать действия Заказчика - в части отказа Заявителю в допуске к участию Запросе котировок - незаконными и необоснованными.
2. Направить Заказчику предписание с требованием аннулировать протокол № 116 от 15.08.2019 и заново провести рассмотрение заявок.
3. Привлечь к ответственности лиц, нарушивших порядок проведения торговой процедуры.

Приложение:

1. Протокол (подтверждение полномочий директора) № 02 от 21.01.2019;
2. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 66349.
3. Описание типа средств измерений

ООО
"КИТ"

Подписано
цифровой подписью:
ООО "КИТ"
Дата: 2019.08.17
22:23:57 +03'00'

Директор ООО «КиТ» _____

А.А.Чирков

