

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл

Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Волкова 164

[to12@fas.gov.ru](mailto:to12@fas.gov.ru)

**Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» (АО «ЗПП»)

Адрес: 424003, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Суворова д.26

ИНН 1215085052 КПП 121501001

**Заявитель:**

ООО «АСК-РЕНТГЕН»)

Адрес:197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20

тел. (812) 448-18-80

ИНН 7804068234 КПП 780401001

E-mail: [auto@ask-roentgen.ru](mailto:auto@ask-roentgen.ru)

Жалоба на действия заказчика.

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://etp.zakazrf.ru>

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок в электронной форме.

Номер извещения: 31908209670

Ссылка на закупку в ЕИС:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908209670>

Наименование закупки: 0522-2019-00305. Поставка рентгенофлуоресцентного анализатора

Начальная (максимальная) цена договора: 4 390 666,66 р.

Дата и время начала подачи заявок: 16.08.2019

Дата и время окончания подачи заявок: 26.08.2019 в 09:00 (МСК)

Обжалуемые действия: неправомерное отклонение заявки участника, ограничение конкуренции.

АО «ЗПП» (далее по тексту «Заказчик»), на сайте ЕИС было размещено извещение №31908209670 о проведении запроса котировок в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения договора на поставку рентгенофлуоресцентного анализатора.

Заявителем была подана заявка на участие в данной процедуре, в соответствии с положениями документации о закупке и регламентами электронной площадки, номер заявки 61621.

27.08.2019 Заказчиком в ЕИС был опубликован протокол рассмотрения заявок. Согласно этого протокола Заявителю было отказано в допуске к участию в закупке по следующим основаниям:

1.-п.4.12.8(1) извещения, в связи с непредставлением в составе первой части заявки документов и сведений, предусмотренных приложением №3 к информационной карте; нарушение требований подраздела 4.5 к содержанию и составу заявки;

Участник закупки и идентификационным номером 61621 не предоставил требуемый в соответствии с пунктом 1) приложения №3 к информационной карте документ «Заявка» по форме установленной в подразделе 7.1. Имеющийся в составе заявки файл под названием «1\_Заявка» не доступен для открытия в режиме чтения.

С данным решением Заказчика Заявитель не согласен, т.к. при загрузке документа на электронную площадку оператор площадки не уведомлял Заявителя о проблемах с загрузкой файла (файл находящийся на жестком диске компьютера, с которого осуществлялась подача заявки открывается и читается). Не



имея возможности проверить отсутствие ошибок при загрузке файла заявки на площадку, Заявитель считает свои обязательства при подаче заявки выполненными. Функционал электронной площадки позволяет Заказчику запросить разъяснения заявки, если документы оператором площадки были отправлены с ошибками. Поскольку Заказчик разъяснений не запросил, Заявитель считает отклонение заявки 61621 по данному основанию неправомерным.

2.- п.4.12.8(3) извещения, в связи с несоответствием предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в разделах 8-9 и п.12 информационной карты.

Техническое предложение участника закупки не соответствует требованиям к продукции (предмету закупки) по следующим характеристикам:

Объем кэша L3 персонального компьютера должен составлять не менее 6144Кб; согласно предложению участника закупки объем Кэша L3 составляет 3072Кб

Объем оперативной памяти персонального компьютера должен составлять не менее 8Гб; согласно техническому предложению участника закупки объем оперативной памяти составляет 4Гб;

С данным решением Заказчика Заявитель не согласен, т.к. в соответствии с Единым положением о закупке ГК «Ростех» (далее – ЕПОЗ):

п.10.3.1 Требования к продукции устанавливаются инициатором закупки на основе реальных потребностей, исходя из необходимости своевременного и полного удовлетворения таких потребностей путем приобретения продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности, в требуемом объеме.

П.10.3.2 Требования к продукции представляют собой показатели, характеристики, свойства продукции, имеющие практическую ценность для заказчика в рамках удовлетворения существующей потребности, и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики продукции.

Практическая ценность и реальная потребность Заказчика в характеристиках компьютера «Объем кэша L3 персонального компьютера должен составлять не менее 6144Кб; Объем оперативной памяти персонального компьютера должен составлять не менее 8Гб» ничем не обоснована, т.к у разных производителей программного обеспечения рентгенофлуоресцентных анализаторов разные требования к ресурсам компьютера. В техническом предложении



Заявителя были указаны характеристики, которые производитель предлагаемого к поставке товара считает достаточными для надежной работы прибора.

3. Блок коллиматоров должен быть: 0,05x0,05 мм, Ø 0,1 мм, Ø 0,3 мм, Ø 0,2 мм; согласно техническому предложению участника закупки данный блок отсутствует.

С данным решением Заказчика Заявитель не согласен, т.к. в соответствии с ЕПОЗ:

п.10.3.1 Требования к продукции устанавливаются инициатором закупки на основе реальных потребностей, исходя из необходимости своевременного и полного удовлетворения таких потребностей путем приобретения продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности, в требуемом объеме.

П.10.3.3.(2) требования к продукции не должны приводить к необоснованному ограничению количества участников процедуры закупки

По имеющейся у Заявителя информации, блок коллиматоров безальтернативно затребованный Заказчиком «0,05x0,05 мм, Ø 0,1 мм, Ø 0,3 мм, Ø 0,2 мм» соответствует только одному производителю – Bowman, и требование именно этого блока коллиматоров также ничем не обосновано.

Блок коллиматоров отвечает за изменение размера измерительного пятна. Чем меньше коллиматор, тем на более маленьком объекте можно проводить контроль. Подателем жалобы был предложен коллиматор с минимальном размером измерительного пятна 0.05\*0.05 мм, что полностью соответствует техническому заданию Заказчика.

Чем больше коллиматор, тем сильнее можно сократить время измерения, т.к. прибор за единицу времени сможет зарегистрировать больше информации от объекта контроля. Участником был предложен коллиматор 0.6 мм, что больше максимального диаметра пятна, требуемого по Техническому заданию.

Соответственно блок коллиматоров, предлагаемый Участником позволяет производить контроль в большем диапазоне размеров исследуемых объектов, а следовательно обладает характеристиками, которые не хуже затребованных Заказчиком.

Таким образом Заказчиком было составлено техническое задание, имеющее формальные признаки соответствия действующему законодательству и ЕПОЗ, но фактически подразумевающее под собой безальтернативную закупку Bowman 100 (P), что является нарушением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»(статья 3 ч.1 п.2) и привело к необоснованному ограничению участников закупки и неправомерному отклонению заявки 61621.

Также Заказчик 28.08.2019г. опубликовал протокол №123/1, в котором признал победителем заявку 62299 с ценой 4 256 000р., в то время как наше предложение составляет 3 798 870р.. Таким образом Заказчик нарушил требование Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»(статья 3 ч.1 п.3)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №153-ФЗ «О защите конкуренции»

#### ПРОШУ:

- 1.Признать документацию о закупке № 31908209670 не соответствующей требованиям действующего законодательства.
- 2.Приостановить процедуру закупки, отменить протоколы, составленные в ходе рассмотрения заявок.
3. Допустить заявку 61621 к участию в процедуре запроса котировок.

Приложения:

- 1.Документы, подтверждающие полномочия Заявителя
2. Документация о закупке
3. Файлы, составляющие заявку 61621

Представитель

ООО «АСК Рентген»

О.Н. Шведский

Подписано КЭП

